

## UP50N-40S-W9-D0

热探测器的激光功率测量高达40 W。



## 产品系列主要特性

该产品已被取代。[查看此页面获取新产品的信息。](#)

## 模块化概念

提高探测器的功率:有4种不同的冷却模块

## 损坏阈值非常高

平均功率密度100 kW/cm<sup>2</sup>

## 孔径非常大

有效孔径的直径为50 mm, 非常适合大光束

## 智能接口

包含所有的校准数据

## 兼容性支架

[STAND-S-443](#)

## 规格

## 测量能力

最大平均功率(连续)	40 W
最大平均功率(1 分钟)	80 W
噪声等效功率 <sup>1</sup>	5 mW
光谱范围 <sup>2</sup>	0.193 - 10 μm
典型升起时间 <sup>3</sup>	3.5 s
功率校准不确定性 <sup>4</sup>	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

## 测量能力(能量模式)

最大可测量能量 <sup>1</sup>	500 J
噪声等效能量 <sup>2</sup>	0.25 J
最小重复周期	11.1 s
最大脉冲宽度	467 ms
能量校准不确定性 <sup>3</sup>	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

## 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	100 kW/cm <sup>2</sup>
最大能量密度 <sup>2</sup>	1.1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

## 物理特性

冷却	传送
----	----

孔径	50 mm
吸收器	W
尺寸	89H x 89W x 38D mm
重量	0.62 kg
订购信息	
UP50N-40S-W9-D0	200893
UP50N-40S-W9-BLU-D0	203676
UP50N-40S-W9-INT-D0	203059
UP50N-40S-W9-IDR-D0	203369

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表